

CO₂ mérőműszer

testo 535 - Helyiséglevegő minőségének felügyelete

Nagy pontosságú CO₂ mérő

Tartósan stabil 2 csatornás infra érzékelő

Tartós megfigyelés max. és átlagérték képzéssel

Önellenőrzés, kalibrálás minden bekapcsoláskor



A rossz beltéri légállapotot, melyet a magas CO₂ koncentráció okoz (nagyobb, mint 1000 ppm) fáradtsághoz, koncentrációnk elvesztéséhez és megbetegedéshez vezet. A testo 535 pontos, megbízható CO₂ mérőműszer a beltéri légállapot ellenőrzésére. A magas minőségű-, strapabíró 2 csatornás infra érzékelő biztosítja a hosszú távú méréseket

és nem igényel újrabeállítást. A min./max. és középérték képzésnek köszönhetően az ügyfél optimális rálátást kap a mérési eredményekre. A mért értékek a helyszínen dokumentálhatók a Testo jegyzőkönyv nyomtató segítségével - dátummal és idővel ellátva. A TopSafe védőtok megvédi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 535

CO₂ mérőműszer gyári műbizonylattal, fixen csatlakoztatott érzékelővel, elemmel

Rend. sz. 0560 5350



Érzékelő típus 2 csatornás infravörös érzékelő

Méréstart	0 ... +9999 ppm CO ₂
Pontosság ±1 digit	±(50 ppm CO ₂ ±2% mért ért.) (0 ... +5000 ppm CO ₂) ±(100 ppm CO ₂ ±3% mért ért.) (+5001 ... +9999 ppm CO ₂)
Felbontás	1 ppm CO ₂

Általános műszaki adatok

Mérési közeg	levegő
Üzemi hőmérséklet	0 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +70 °C
Elem típus	9V-blokk elem
Elem élettartam	6 óra
Méretek	190 x 57 x 42 mm
Súly	300 g
Kijelző	LCD, 2 soros
Műszerház	ABS
Garancia	2 év
Auto off	10 perc

Tartozékok

Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

Műszertáska a mérőeszköz biztonságos tárolásához	0516 0191	
Testo jegyzőkönyv nyomtató infra csatlakozóval, 1 tekercs hőpapírral és 4 db elemmel	0554 0549	
Külső gyorsöltő 1-4db AA akku számára, 4 db Ni-MH akkumulátorral egyenkénti töltéssel és töltöttség mérővel, fenntartó töltés funkcióval, integrált kisütés funkcióval, nemzetközi hálózati csatlakozóval, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	
Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs) Hosszú ideig, akár 10 évig olvasható mérési dokumentáció	0554 0568	
9 V-os akkumulátor a mérőműszerhez, Elem helyett	0515 0025	
9 V-os akkumulátor töltő, A 0515 0025-ös akkumulátor külső töltéséhez	0554 0025	
Hálózati adapter Powerbox-hoz, asztali kivitel	0554 1143	
ISO kalibrációs bizonylat CO ₂ -re CO ₂ érzékelőre 0 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm kalibrálási pontokon	0520 0033	