



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/37>

Hitelesíthető!

[MS-Hxx]

Hiteles tömegmérő műszer



Rendeltetése:

Az **MS-Hxx** típusú műszer általános mérlegelési feladatok megvalósítására alkalmas. Hagyományos **analóg és digitális mérlegcellák** jelének feldolgozására is fel van készítve. Mindkét változat **MKEH (voltage: OMH)** hitelesítési típusengedéllyel rendelkezik.

Galvanikusan leválasztott (optocsatolt) digitális **kimenetei** (2) egyszerű adagoló-, válogató rendszerek számára biztosíthatnak kapcsoló jeleket. **Leválasztott bemenetei** (2) kezelőszervek és érzékelők fogadására alkalmasak.

A kiegészítő billentyűzettel ellátott készülék ki- és bemeneteinek száma 4-4.

Hagyományos analóg mérlegcellás kialakítás esetén **5**, digitális cellák esetén **4 beépített soros adatkommunikációs csatornával** rendelkezik. A csatornákon bizonylat **nyomtatás**, **tömegtávkijelzés** és **számítógépes adatkapcsolat** valósítható meg. Ez utóbbi esetén mérési adatgyűjtés, és **távvezérlés** is lehetséges.

Jellemzők:

- Bruttó, nettó tömegmérés, tára kijelzés (a tárat megőrzi és gombnyomásra kijelzi)
- Darabszámláló üzemmód
- 6 számjegyes 20mm magas **LCD** kijelző háttérvilágítással
- 7db analóg terhelés- vagy üzemállapot-jelző világító dióda
- Analóg vagy digitális mérlegcella kezelése (max. 10db cella)
- Tetszőleges konfigurálhatóság az alkalmazott mérlegcellák jellemzőihez
- Pontossági osztály: III és IIII p.o. az MSZ EN 45501:1996 szerint
- Hitelesítési osztások száma:
 - n
 - nr
 - nr
 - biztonsági gát alkalmazásakor: n
- Ki és bemenet:
 - 2(4)db opto-leválasztott határérték kimenet és
 - 2(4)db passzív opto-leválasztott bemenet
- Kommunikáció:
 - 1db **TTY20** mA-es passzív áramhurok/USB (megosztott, JP1),
 - 2db **RS-232** vonal (egyik csak output, DSR figyeléssel),
 - 1db **RS485/422** (digitális cellák fogadására vagy adatkapcsolatra) és
 - 1db infra optikai csatorna (közvetlenül az előlapra illesztett csatolóegységgel)
- Tápfeszültség: 100 ... 240V, 50/60Hz
- Hasznos jeltartomány: 0 ... 3mV/V (analóg cellák)
- Legkisebb bemenő jel: 0.4uV/e (analóg cellák)
- Mérőcella tápfeszültsége: +3.3V és -3.3V DC (rövidzárlat védett, áramkorlátozott; analóg cellák)
- Mérőcella tápfeszültsége: +7.3V (digitális mérlegcellák)
- Alkalmazható digitális mérlegcella: Hottinger
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0°C-tól +50°C-ig
- Dobozolás:
 - IP20
 - IP54

Opciók:

- memóriabővítő és pendrive interface

Képek:



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/37>